

Érintésvédelmi műszer

Testboy TV 445

Ár: 435000 Ft + Áfa (552450 Ft)

A Testboy 445 a DIN VDE 0100 előírásainak megfelelő mérésekre alkalmas mérőműszer. Az RCD-k (fi-relék) és műszerben tárolt karakterisztikái lehetővé teszik a mért érték JÓ/NEM-JÓ szerinti kiértékelését.

Előnyök:

| DIN VDE 0100-600 Öve E8001, NIN / NIV

| Súgóképernyő

| Nagyméretű LCD

| Jó / rossz üzenet

Műszaki adatok:

Kijelző:

128 × 64 képpont háttérvilágítással
és beépített jó / rossz jelzés

Túlfeszültség kategória:

CAT III 600 V, CAT IV 300 V

Vizsgálati feszültség:

50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V

Feszültségmérés:

0–550 V AC

Föld ellenállás mérése:

0–9999 Ω

Szigetelési ellenállás:

0–999 MΩ

Kontakt feszültség mérése(RCD-Uc):

0–100 V

Áram mérése:

10 mA, 15 mA, 30 mA, 100 mA,
300 mA, 500 mA, 1000 mA

Üzemi hőmérséklet:

0–40 °C

FI / RCD ellenőrző vizsgálat:

Typ A, AC

Teszt szabványok:

DIN VDE 0100-600, ÖVE E8001, NIN/NIV

Ház:

Robusztus műanyag, integrált mágnessel

Szállítás:

teszt kábel 3 x 1,5 m, 3 teszt szonda (kék,
fekete, zöld),
3 krokodilcsipesz (kék, fekete, zöld),
hálózati adapter, akkumulátor, hordszív,
hordtáska és termék vizsgálati jegyzőkönyve

